

Chiarimento al paragrafo 2 (pagina 2) del documento
"SPECIFICHE TECNICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (O.E.V.), edizione ottobre 2024

Fornitura di uno strumento per analisi dinamo meccaniche (DMA)

Si rappresenta che le seguenti caratteristiche tecniche minime inderogabili si intendono raggiunte attraverso le modalità di seguito evidenziate (in grassetto) per scopo di chiarimento.

- Velocità di riscaldamento raggiungibili nel range $T_{amb} \div 300\text{ }^{\circ}\text{C}$
da 0.5 ad almeno $5^{\circ}\text{C}/\text{minuto}$, **attraverso l'impiego di un forno di volume interno minimo pari a 6 L**
- Velocità di riscaldamento raggiungibili nel range $T_{amb} \div 600\text{ }^{\circ}\text{C}$
da 0.1 ad almeno $50^{\circ}\text{C}/\text{minuto}$, **attraverso l'impiego di un secondo forno di volume interno minimo pari a 150 cm³**
- Geometrie portacampioni:
 - Kit per trazione cella operante fino a un carico massimo compreso tra 400 ÷ 700N **impiegabile nel forno di volume interno minimo pari a 6 L.**
 - Kit per compressione cella operante fino a un carico massimo compreso tra 400 ÷ 700N **impiegabile nel forno di volume interno minimo pari a 6 L.**
 - Kit per trazione cella operante fino a un carico massimo compreso tra 15 a 30N **impiegabile nel forno di volume interno minimo pari a 6 L e nel forno di volume interno minimo pari a 150 cm³.**
 - Kit per compressione cella operante fino a un carico massimo compreso tra 15 a 30N **impiegabile nel forno di volume interno minimo pari a 6 L e nel forno di volume interno minimo pari a 150 cm³.**

RT