

Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei Sistemi Produttivi e Territoriali

Oggetto: **RISPOSTE A RICHIESTA DI CHIARIMENTI** relativi all'appalto per la Fornitura di uno strumento per analisi dinamo meccaniche (DMA), nell'ambito del Progetto PRISMA (Plastic waste - Research Infrastructure for Sustainable Management, PR FESR Lazio 2021-2027) CIG: B37D273BB0 - Gara U-BUY n. G01999

A seguito di richiesta chiarimenti in riferimento all'appalto per la Fornitura di uno strumento per analisi dinamo meccaniche (DMA), si evidenzia quanto segue:

1) Pag. 6 delle specifiche tecniche:

-Velocità di riscaldamento raggiungibili nel range Tamb 300 °C

5 punti se la velocità di riscaldamento massima raggiungibile è > di 5°C/minuto.

-Velocità di riscaldamento raggiungibili nel range Tamb 600 °C

5 punti se la velocità di riscaldamento massima raggiungibile è > di 50°C/minuto.

Visto che nel chiarimento precedentemente inviato avevate indicato i due forni, chiediamo cortesemente di specificare se questi due parametri (soprattutto il primo) devono essere ottenuti con uno specifico forno oppure possono essere ottenuti indifferentemente con uno dei due. Nel primo caso noi arriviamo a 10°C/min, mentre nel secondo caso arriveremmo a 60°C/min perché nel campo RT-300°C/min possono operare entrambi i forni.

RISPOSTA

1) Il punteggio "5 punti se la velocità di riscaldamento massima raggiungibile è > di 5°C/minuto" è attribuibile solo nel caso in cui la velocità di riscaldamento del forno di volume interno minimo pari a 6 L è maggiore di 5°C/minuto.

Il punteggio "5 punti se la velocità di riscaldamento massima raggiungibile è > di 50°C/minuto" è attribuibile solo nel caso in cui la velocità di riscaldamento del forno di volume interno minimo pari a 150 cm³ è maggiore di 50°C/minuto.

2) Allegato 2 specifiche tecniche al capitolo 7:

descrive come fare la relazione tecnica e dice:

L'offerta tecnica dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

-specifiche tecniche originali del fornitore;

CHIEDIAMO se il sito internet ufficiale del produttore e la brochure ufficiale riportante le specifiche possono essere considerate come fonte attendibile per le specifiche tecniche originali del fornitore. In caso non siano considerate valide chiedere di specificare quali documenti originali sono ammessi.

RISPOSTA

2) Sì

3) Pag 7 delle specifiche tecniche: training formativo.

A pagina 4 c'è una tabella che descrive come deve essere fatto il training formativo. Oltre al modulo formativo di base durante l'installazione sono riportati altri moduli on-site e on-line.

A pagina 7 è riportato:

Presenza di eventuali ulteriori moduli di formazione aggiuntivi ricompresi nelle offerte dei candidati conformi ai requisiti riportati nella tabella training formativo.

Ai fini del calcolo potrà essere attribuito 1 punto per ogni modulo aggiuntivo online di 8 ore, 2 punti per ogni modulo aggiuntivo on site di 8 ore fino ad un massimo di 5 punti.

Nel caso in cui l'offerta dovesse includere moduli formativi on line e/o on site di durata minore o maggiore di 8 ore il corrispondente punteggio verrà attribuito applicando il criterio di proporzionalità illustrato nel Disciplinare di gara.

In ogni caso il punteggio totale attribuibile non può essere maggiore di 5 punti.

Non è molto chiaro se i moduli aggiuntivi sono IN AGGIUNTA A QUELLI DELLA TABELLA, oppure il punteggio viene attribuito ai moduli aggiuntivi al training di base on-site da eseguire durante il collaudo (in grassetto sulla tabella). E chiaramente molto diverso, per cui andrebbe specificato meglio.

RISPOSTA

3) Il modulo formativo di base on site rientra nei criteri minimi che rendono l'offerta del candidato ammissibile (come indicato nella colonna "note" della tabella "training formativo"). Per ogni ulteriore modulo aggiuntivo al training di base, se conforme alle tipologie di moduli riportate nella tabella "training formativo" (moduli classificati "aggiuntivi" nella colonna "note") la commissione attribuirà 1 punto fino a un massimo di 5 punti.

4) Sempre Pag. 7 delle specifiche tecniche:

Numero delle strutture/aziende deputate alla fornitura di servizi di manutenzione (fino a un massimo di 5 punti)

Siamo una filiale di vendita di una multinazionale e abbiamo un tecnico dedicato a Roma oltre ad altri nel Centro e Nord Italia, possiamo avvalerci di altri tecnici in tutto il mondo per motivi Tecnico-Organizzativi.

RISPOSTA

4) Ai fini della valutazione della numerosità delle strutture/aziende, vanno conteggiate tutte le strutture/aziende di cui codesta ditta è in grado di avvalersi per fornire il servizio di manutenzione nel Centro ENEA Casaccia. I tecnici di cui ci si avvarrà dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o inglese.

Roma, 20/11/2024

Il RUP

